

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

№п/п	Назва	Одиниця виміру	Медико-технічні вимоги	Кількість
1	Канюля інфузійна 22 G 0,9*25 мм	шт	Має бути стерильною. Розмір голки має бути 22 G 0,9*25 мм. Ін'єкційна голка додатково повинна мати боковий отвір. Канюля повинна мати насадку з клапаном. Клапан повинен забезпечувати герметичність канюлі. Індивідуальне пакування повинне бути цілісним	300
2	Система для вливання кровозамінників та інфузійних розчинів(без ДЕГФ)	шт	Провідна трубка повинна бути виготовлена з ПВХ без ДЕГФ, має бути достатньо прозорою. Крапельна камера і крапельниця мають бути виготовлені з ПВХ без ДЕГФ. Крапельна камера повинна дозволяти постійно спостерігати падіння краплі. В комплекті до пристрою для інфузій повинна міститися фіксуєча стрічка. Розмір її 3,5*7 см. В комплекті до пристрою для інфузій повинна міститися повітряна голка з фільтром. Мембрана повітряного фільтру має бути 0,15-0,20 мкм.	5 000
3	Шприц 2 мл луер двохкомпонентний з голкою 0,6*32 мм	шт	Повинен складатися з циліндру і поршню. Випускаються із основною голкою, на яку одягнутий захисний ковпачок. Конічний наконечник шприца повинен відповідати стандарту Луер 6%. Повинен мати номінальну місткість 2 мл. Повинен витримувати випробування на стерильність. Індивідуальне пакування має бути цілісним	6 000
4	Шприц 5 ml (мл) луер двохкомпонентний ін'єкційний одноразового застосування з двома голками 0,7x38 mm (мм) (22Gx1 1/2")/0,7x38 mm (мм) (22Gx1 1/2" безпечна голка)	шт	Шприц двохкомпонентний 5 мл. ін'єкційний, що в складі блістеру містить 2 ін'єкційні голки: * Ін'єкційна голка 0,7 x 38 мм (22Gx1 ½"); * Безпечна ін'єкційна голка 0,7 x 38 мм (22Gx1 ½"). Шприци двохкомпонентні повинні складатися із циліндра та поршня. Шприци повинні випускатись: із основною (ін'єкційною) та додатковою (безпечною) голками. На одній голці повинні бути ковпачок, який надійно блокує голку та перешкоджає повторному відкриванні	2 000
5	Шприц 10 мл луер двохкомпонентний з голкою 0,8*38 мм	шт	Повинен складатися з циліндру і поршню. Випускаються із основною голкою, на яку одягнутий захисний ковпачок. Конічний наконечник шприца повинен відповідати стандарту Луер 6%. Повинен мати номінальну місткість 10 мл. Повинен витримувати випробування на стерильність. Індивідуальне пакування має бути цілісним	2 000
6	Шприц 20 мл луер двохкомпонентний з голкою 0,8*38 мм	шт	Повинен складатися з циліндру і поршню. Випускаються із основною голкою, на яку одягнутий захисний ковпачок. Конічний наконечник шприца повинен відповідати стандарту Луер 6%. Повинен мати номінальну місткість 20 мл. Повинен витримувати випробування на стерильність. Індивідуальне пакування має бути цілісним	5 000
7	Шприц 1 мл луер трьохкомпонентний з двома голками 0,5*13 мм /0,3*9 мм	шт	Повинен складатися з циліндру, поршню, ущільнювача на поршні. Випускаються із основною голкою та додатковою, на які одягнутий захисний ковпачок. Конічний наконечник шприца повинен відповідати стандарту Луер 6%. Повинен мати номінальну місткість 1 мл. Повинен витримувати випробування на стерильність. Індивідуальне пакування має бути цілісним	2 000
8	Комплект інекційний, шприц 2 мл з серветкою спиртовою	шт	Комплект повинен містити: шприц 2 мл трьохкомпонентний з двома голками 0,6*32мм(23Gx1 1/4)/0,55x25мм(24Gx1") - 10 шт та серветка із нетканого матеріалу просочена 70% ізопропіловим спиртовим розчином,30x60 мм-20шт	176
9	Рукавички оглядові латексні нестерильні неприпудрені, розмір S	пара	Не повинні мати протікань. На кожному індивідуальному пакуванні, коробці з картону та ярлику гофрокороба, повинні бути вказані наступні дані: країна виробник, позначення виробника, адреса виробника, найменування та позначення виробу (нестерильні, нітрилові, оглядові, неприпудрені), символ "Номер партії", номер партії, термін придатності, умови	10 000

			зберігання, дата виготовлення, кількість	
10	Рукавички оглядові латексні нестерильні неприпудрені, розмір М	пара	Не повинні мати протікань На кожному індивідуальному пакуванні, коробці з картону та ярлику гофрокороба, повинні бути вказані наступні дані: країна виробник, позначення виробника, адреса виробника, найменування та позначення виробу (нестерильні, нітрилові, оглядові, неприпудрені), символ "Номер партії", номер партії, термін придатності, умови зберігання, дата виготовлення, кількість	20 000
11	Рукавички оглядові латексні нестерильні припудрені, розмір L	пара	Не повинні мати протікань На кожному індивідуальному пакуванні, коробці з картону та ярлику гофрокороба, повинні бути вказані наступні дані: країна виробник, позначення виробника, адреса виробника, найменування та позначення виробу (нестерильні, нітрилові, оглядові, неприпудрені), символ "Номер партії", номер партії, термін придатності, умови зберігання, дата виготовлення, кількість	5 000

Очікуванна сума 365 000,00 грн